

Diese Konformitätserklärung wird ausgestellt in alleiniger Verantwortung des Herstellers:

**Univent Medical GmbH**  
**Auf Luckenburg 12**  
**78056 Villingen-Schwenningen, Germany**

für

Artikel-Nummer: **2013**  
Artikel-Bezeichnung: **atemious MAX5**

Für die Verwendung als Filtrierende Halbmaske:

Gemäß Richtlinie über persönliche Schutzausrüstung EU 2016/425 hat die notifizierte Stelle **ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim** die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die folgende EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt:

**Zertifikats-Nummer 0757-CPR-402-9035750-6-1**

Der vorstehend beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtvorschriften der Union:

**Verordnung (EU) 2016/425 des europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2016**

Betreffender harmonisierter Standard: **EN 149:2001+A1:2009**

Die persönliche Schutzausrüstung unterliegt folgendem Konformitätsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul C) unter Überwachung der notifizierten Stelle mit der Identifikationsnummer NB 0757: **ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim.**

Diese Konformitätserklärung ist gültig bis zum 14. Dezember 2027.

Villingen-Schwenningen, 15. Dezember 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Univent Medical GmbH  
Gunther Müller, Geschäftsführer